

## Controle van de pacemaker of ICD

### Waar meldt u zich

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de balie van de functieafdeling hart-long-sport, in Eindhoven op route 041 en in Veldhoven op route 204.

### Als u verhinderd bent

Bel ons zo spoedig mogelijk als u ziek of verhinderd bent. Er wordt dan een nieuwe afspraak met u gemaakt.

### Doel van de controle

Tijdens de controle wordt onderzocht of uw pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) goed werkt en of de batterij in orde is.

### De voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

### Het onderzoek

U neemt plaats op de onderzoeksstoel. U wordt aangesloten op de ECG-monitor voor het bewaken van het hartritme. De pacemakertechnicus controleert de pacemaker of ICD uitwendig. Met doormaatapparatuur wordt beoordeeld of deze goed functioneert. Dit onderzoek wordt periodiek herhaald. U blijft dus onder controle.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

### De uitslag

De technicus vertelt u meteen de uitslag van het onderzoek. Zo nodig overlegt de technicus met de cardioloog.

### Heeft u vragen?

Bij vragen neemt u contact op met de functieafdeling hart-long-sport, telefoon: (040) 888 86 80.

*De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.*